

イオンクロマトグラフ分析装置の購入契約（南館1階納品分その2）

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
<p>5（2）送液部（反応液送液部含む）</p> <p>① 形式は並列ダブルプランジャー方式であり脈動を抑え安定した送液が行えること。</p>	<p>2022/6/6 （火）10：20</p>	<p>送液ポンプの送液方式のダブルプランジャー方式には、プランジャーが並列に配置された並列方式と、直列に配置された直列方式の二通りがありますが 今回はプランジャーが並列に配置されている並列ダブルプランジャー方式の仕様で間違いございませんでしょうか。</p>	<p>並列ダブルプランジャー方式の仕様で間違いございません。</p>