

電子天秤の購入契約

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
仕様書 3. (10)	2022/6/23 (木) 16:55	イオナイザーモジュールの動作は、風防ドアの開閉と連動すること。とありますが、対応するメトラー・トレド社のイオナイザーはコンパクトイオナイザー（品番 30499860）になります。XPR205V（天秤本体）、P-52RUE（プリンタ）、コンパクトイオナイザー（品番 30499860）の構成で入札させて頂いてよろしいでしょうか。	仕様書 3. (10)の仕様を満たすのであれば、お示しの構成で問題ありません。
最小計量値について	2022/6/29 (水) 13:52	最小計量値に関しては「指定なし」との認識でよろしいでしょうか。	14mg 以下 (0.1%精度、ただしカタログ値) の機種としてください。
3 (4) 5%荷重の繰り返し性が 0.015mg 以下であること。	2022/6/29 (水) 13:52	5%荷重は 11g という認識でよろしいでしょうか。	最大ひょう量 220g の機種であれば、お示しの通りで問題ありません。