

防爆冷蔵庫の購入契約（北館2階納品分）

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
仕様書 3. (4)	2022/6/6 (月) 15:08	設置固定金具について、床への穴あけなど受注者側で工事(アンカー工事)の手配は必要でしょうか。	受注者側でご対応お願いします。
仕様書 5.	2022/6/6 (月) 15:08	「北館2階 危険物貯蔵庫」とありますが、製品の電源コードに防爆プラグは必要でしょうか。 必要な場合、御所にて工事手配いただくことは可能でしょうか。	設置場所に防爆仕様のコンセントとプラグを用意しておきますので、電源コードとの結線は受注者側でご対応ください。
仕様書 5.	2022/6/6 (月) 15:08	御所内にて、外寸 W500×D630×H1550mmの製品を平面移動にて搬入可能でしょうか。 エレベーターが使用できるかもご教示ください。	平面移動による搬入は可能です。 またエレベーターの使用も可能です。