

誘導結合プラズマ-質量分析装置(ICP-MS)の賃貸借

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
機器の保守等について	2023/4/5 (水) 9:36	保守料はリース料に含める認識でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
契約保証金について	2023/4/5 (水) 9:36	事務取扱規定第23条1項3号に基づき免除申請をしたいのですが、いつまでに提出が必要でしょうか？ また、「規模をほぼ同じくする契約を2回以上」とありますが対象物件および金額や契約期間の範囲はどのように規定されますでしょうか？	契約保証金免除申請書は落札決定後、契約担当者の指定する日までに提出していただきます。 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所契約事務取扱規程第23条第1項第3号に規定する「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、下記のとおりです。 ・種類 対象物件にかかわらず、すべての賃貸借契約が対象です。 ・規模 契約保証金免除申請書提出時点で過去2年以内に履行が完了（契約期間が終了）している契約であって契約金額（長期継続契約の場合は月額に12を乗じて得た金額。以下同じ。）が今回契約金額の7割以上である契約が対象です。
動産保険について	2023/4/5 (水) 9:36	動産総合保険は、保険金額が賃貸借期間の経過に応じ低減し、地震・津	一般的な補償範囲の動産総合保険を付保してください。

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
		波・噴火などの天災は対象外となる一般的なものでよろしいでしょうか？	
提出書類の日付けについて	2023/4/5 (水) 9:36	参加資格申請書や入札書に記載する日付は応札者が作成し押印した日付けでよろしいでしょうか？	一般競争入札参加資格審査申請書に記載する日付は当法人への提出日、入札書に記載する日付は、入札日としてください。
カタログについて	2023/4/5 (水) 9:36	機器の型番、性能等を確認できるカタログ等は冊子でなく、プリントした書類でもよろしいでしょうか	納入機器等構成表に添付する資料は、機器の型番、性能等が仕様書の記載に適合していることを確認できれば、冊子でなく、プリントしたものでも結構です。
入札書について	2023/4/5 (水) 9:36	封入および封印は不要でよろしいでしょうか？	不要です。
解約について	2023/4/5 (水) 9:36	発注者の都合により解約となった場合、損害金として残賃料をお支払頂けますでしょうか？また、過去に予算削減により契約解除した実績はございますでしょうか？	発注者の都合により契約を解除した場合の損害金や残賃料については、契約書（案）第18条第2項又は第25条により、発注者及び受注者間で協議の上決めることとなります。 当法人において、予算削減により契約を解除した事例はありません。
納期について	2023/4/5 (水) 9:36	物流遅延等の不測事態が発生し、納期遅延となった場合、受注者の指名停止処分、損害賠償や違約金請求等なく、契約期間変更等の協議に応じて頂けますでしょうか？	機器の使用予定が決まっていますので、納期に間に合うよう納品してください。 納期に間に合わないことが明らかになった場合は、遅滞なく契約書（案）第8条に基づき発注者の承認を得ていただく必要があります。この場合、その理由が受注者の責めによらない場合は、遅滞料は

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
			<p>発生いたしません。また、契約期間の変更については、契約書（案）第25条に基づき発注者と受注者が協議することとなります。</p> <p>入札参加停止については、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所入札参加停止要綱に基づき、措置要件に該当する場合は措置を行います。</p>