

超低温フリーザーの購入契約（南館3階納品分）

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
仕様書の3. 必要とする規格と構成の(4)電源について	2022/3/8 (水) 17:00	3相 200V とありますが、参考機種 REVC0 RDE40086FD は単相 200V になります。参考機種単相 200V で入札で問題ありませんでしょうか。	設置する場所の電源について再確認したところ、単相 200V の電源が準備されていたため、単相 200V の仕様となります。