

検査室情報管理システム（LIMS）の購入契約

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
1. LIMSについて	2022/3/14 (月) 10:01	1-1. 「データのアーカイブ機能」は本案件では不要でしょうか？	仕様書（1）LIMS 本体（システム全般）の⑩にアーカイブ機能について掲載しておりますので、ご確認ください。
2. 試薬管理システムについて	2022/3/14 (月) 10:01	2-1. 新システムに移植する試薬情報は、在庫情報、使用履歴も移植が必要でしょうか？	在庫情報の移植は必要ですが、使用履歴は不要です。
3. 冷蔵庫等温度管理システムについて	2022/3/14 (月) 10:01	3-1. データ取込時間の最低時間間隔をご指示願います。 3-2. 停電時のデータは、冷蔵庫に取り付けたロガーに記録され、電源復帰後に、PC から参照出来る形でよろしいでしょうか？	3-1 現在の運用実態から、最低時間間隔は1時間と考えております。 3-2 停電時にデータが失われないのであれば結構です。