

自動ソックスレー抽出装置の購入契約

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
3(1)⑤溶媒回収率：90%以上	2022/5/2 (月) 10:03	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用溶媒や分析条件によってこの回収率は変わりますが、どのような溶媒使用時を前提として考えておられますでしょうか。(弊社提案予定メーカーのカタログには溶媒の回収率90%以上の記載が無く、他社様には記載がありますが、弊社提案予定メーカーでも正式ドキュメントの取得は可能です。(恐らく『仕様溶媒や分析条件によるが』といった文言は入るかとは思われます。))</li> <li>・ 90%回収率を納品時に何らかの形で証明する必要がありますでしょうか。必要があるとするどどのような方法での証明になりますでしょうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 溶媒の回収率はカタログ等に記載されている数値で確認しておりますので、溶媒や条件を指定しておりません。使用する主な溶媒につきましては、仕様書にも記載しておりますが、クロロホルム、ヘキサン、石油エーテル、ジエチルエーテル、クロロホルム-メタノール混液になります。</li> <li>・ カタログ等で溶媒回収率の確認ができない製品につきましては、納品時に、使用溶媒や分析条件を記した上でも構いませんので回収率が90%以上であることが分かる書面等を提示いただければ問題ありません。</li> </ul>