

タンデム型質量分析計付高速液体クロマトグラフ (LC-MS/MS システム) の賃貸借

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
既設機器の有無について	2022/4/28 (木) 13:53	本件は既設機器のお入替でしょうか？ またその場合、既設機器は何年ご使用でしたでしょうか？	既設機器の入れ替えではありません。
満了後について	2022/4/28 (木) 13:53	満了後に継続使用のご予定はございますでしょうか？ あればどのぐらいの期間になりますでしょうか？	現時点で継続使用の予定はありません。
機器の返還について	2022/4/28 (木) 13:53	対象機器はお客様側で取り外し頂き、一カ所に集めた状態にして頂けますでしょうか？ また、場所が2階以上になる場合、エレベーターの使用は可能でしょうか？ なお、撤去作業は平日の日中でよろしいでしょうか？	物件の撤去は、設置、稼働していた場所からケーブル等の取り外しを含め、受注者の責任で行ってください。エレベーターの使用は可能です。撤去作業は平日の日中をお願いします。撤去作業の際、他の業務への影響がないように、事前に日程調整をお願いします。
機器の保守等について	2022/4/28 (木) 13:53	保守料はリース料に含める認識でよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
契約保証金について	2022/4/28 (木) 13:53	事務取扱規定第 23 条 1 項 3 号に基づき免除申請をしたいのですが、いつまでに提出が必要でしょうか？また、「規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上」とありますが対象物件および金額や契約期間の範囲はどのように規定されますでしょうか？	<p>契約保証金免除申請書は落札決定後、契約担当者の指定する日までに提出していただきます。</p> <p>地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所契約事務取扱規程第 23 条第 1 項第 3 号に規定する「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、下記のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・種類 対象物件にかかわらず、すべての賃貸借契約が対象です。 ・規模 契約保証金免除申請書提出時点で過去 2 年以内に履行が完了（契約期間が終了）している契約であって契約金額（長期継続契約の場合は月額に 12 を乗じて得た金額。以下同じ。）が今回契約金額の 7 割以上である契約が対象です。
動産保険について	2022/4/28 (木) 13:53	動産総合保険は付保しますでしょうか？付保する場合、地震・津波・噴火などの天災は対象外となる一般的な動産総合保険となりますがよろしいでしょうか？	一般的な補償範囲の動産総合保険を付保してください。

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
提出書類の日付けについて	2022/4/28 (木) 13:53	参加資格申請書や入札書に記載する日付は応札者が作成し押印した日付けでよろしいでしょうか？	一般競争入札参加資格審査申請書に記載する日付は当法人への提出日、入札書に記載する日付は、入札日としてください。
カタログについて	2022/4/28 (木) 13:53	機器の型番、性能等を確認できるカタログ等は冊子でなく、プリントした書類でもよろしいでしょうか	納入機器等構成表に添付する資料は、機器の型番、性能等が仕様書の記載に適合していることを確認できれば、冊子でなく、プリントしたもので結構です。
入札書について	2022/4/28 (木) 13:53	封入および封印は不要でよろしいでしょうか？	不要です。
解約について	2022/4/28 (木) 13:53	発注者の都合により解約となった場合、損害金として残賃料をお支払頂けますでしょうか？また、過去に予算削減により契約解除した実績はございますでしょうか？	発注者の都合により契約を解除した場合の損害金や残賃料については、契約書（案）第18条第2項又は第25条により、発注者及び受注者間で協議の上決めることとなります。 当法人において、予算削減により契約を解除した事例はありません。