

超低温フリーザーの購入

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
3 必要とする規格と構成 (8) 耐震のため、床への固定作業を行うこと。	2026/1/6 (火) 15:39	どの程度の作業が求められますか。 弊社のご用意する機器は「床に固定できる調節脚」がついておりますが、それで固定すればよいですか。 天井から突っ張り棒的な対処や、専用マットを敷くといった対応、若しくは床や壁に固定するような「穴あけを伴う施工工事」が必要であれば事前にお知らせください。	「穴あけを伴う施工工事」は不要です。機器本体の「床に固定できる調節脚」、及び現在使用中の固定器具を利用した固定作業を行ってください。
3 必要とする規格と構成 (8) 耐震のため、床への固定作業を行うこと。	2026/1/6 (火) 15:39	作業が天井から突っ張り棒的な対処や、専用マットを敷くといった対応、若しくは床や壁に固定するような「穴あけを伴う施工工事」等の場合、搬入後に日程を決めて行う可能性も考えられますが、そのような場合固定作業は後日でも良いですか。	「穴あけを伴う施工工事」は不要です。機器本体の「床に固定できる調節脚」、及び現在使用中の固定器具を利用した固定作業を行ってください。
4 設置・設定及びメンテナンス (4) 機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異	2026/1/6 (火) 15:39	報告書の様式があればいただけますか。	弊所から指定する報告書の様式はございませんので、任意の報告書を提出してください。

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
<p>常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。</p>			
<p>4 設置・設定及びメンテナンス 6 納入場所 大阪市東成区中道 1-3-3 地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所南館 7 階 ウイルス安全実験室 (BSL3)</p>	<p>2026/1/6 (火) 15:39</p>	<p>敷地内に4tトラックを駐車できるスペースはありますか。</p>	<p>弊所の指定する場所に4tトラックを駐車いただけます。その際は警備員よりご案内させていただきます。</p>
<p>4 設置・設定及びメンテナンス 6 納入場所 大阪市東成区中道 1-3-3 地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所南館 7 階 ウイルス安全実験室 (BSL3)</p>	<p>2026/1/6 (火) 15:39</p>	<p>納入場所を事前に見学に行くことは可能ですか。</p>	<p>契約締結後であれば納入場所を見学いただくことは可能です。</p>

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
4 設置・設定及びメンテナンス 6 納入場所 大阪市東成区中道 1-3-3 地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所南館 7 階 ウイルス安全実験室 (BSL3)	2026/1/6 (火) 15:39	納入部屋の見取り図をいただけますか。	セキュリティ上、見取り図をお渡しすることはできません。契約締結後であれば納入場所を見学いただくことは可能です。
4 設置・設定及びメンテナンス 6 納入場所 大阪市東成区中道 1-3-3 地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所南館 7 階 ウイルス安全実験室 (BSL3)	2026/1/6 (火) 15:39	弊社の機器は横幅×奥行×高さが785×1041×1947mm ですが、南館 7 階 ウイルス安全実験室の出入り口扉を通れますか。	南館 7 階ウイルス安全実験室の出入り口扉を含め、納入時に使用する扉全てを通ることができます。
4 設置・設定及びメンテナンス 6 納入場所 大阪市東成区中道 1-3-3 地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所南館 7 階 ウイルス安全実験室 (BSL3)	2026/1/6 (火) 15:39	設置場所のコンセント差込口の位置をご教示ください。(真後ろ、天井等)	機器の設置場所の後方の壁、床から約195cmの位置にコンセントの差込口があります。

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
<p>8 その他  (7) 納品後 1 年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後 1 年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の 1 年を超えても無償修理対応すること。</p>	<p>2026/1/6  (火) 15 : 39</p>	<p>取り扱い説明書に沿って使用した場合の不具合という理解で良いですか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>